

Predmet zákazky: Zdroje a rozvody technických plynov

Názov zákazky	Dátum zverejnenia zákazky	Opis predmetu zákazky	Hodnota zákazky celkom	Názov uchádzača ktorému verejný obstarávateľ zadá zákazku	Termín zadania zákazky
Zdroje a rozvody technických plynov	07.03.2014	Hélium 5,0 a kyslík O2 5,0 a ich rozvody k CHN analyzátoru. Na redukciu pretlaku budú použité redukčné panely. Zdroje stanice plynov budú umiestnené v plechovom prístrešku, ktorý je pristavený k budove VVICB Kapušany pri Prešove. Po ukončení montáže bude vykonaná odborná prehliadka a následne tlaková skúška. Uzemnenie prístreškov tlakových oceľových fliaš proti atmosferickej a statickej elektrine je potrebné realizovať v zmasle platných elektrotechnických predpisov a noriem. Je potrebné realizovať v dvoch prístreškoch na skladovanie tlakových fliaš.	4 299,-eur bez DPH	Messer Tatragas s.r.o., 044 54 Košice	13.03.2014

