

Opis predmetu zakazky:

- **výmena membrány pre úpravu technickej vody pre laboratórne účely**
- **membrána RO TW 1812-80** - Membrána reverznej osmózy 80GPD nominálny výkon 304 litrov za deň. Typ TW30-1812-80. Možná náhrada do väčšiny zariadení aj ostatných výrobcov.
Napájacia vodovodná voda 500ppm
Tlak prívodnej vody 0,47 MPa, teplota vody 25st Celzia
Napájacia voda pH 7
výkonové parametre sa môžu líšiť + - 15%
Najvyšší prevádzkový tlak 0,89 MPa
Maximálna rýchlosť toku 7,6 l / min
Najvyššia prevádzková teplota 45st Celzia
Maximálna zakalenosť napájacej vody 1 NTU
Maximálna hustota nečistôt 5 SDI
Tolerancia chlóru max. 0,1 ppm.
Železo, Mangán maximálne 0,1 ppm
- **v cene zakazky: cestovné a pracovné hodiny**

Suma: 67,15 bez DPH

Termín dodania: do 14 dní

Miesto dodania : VVCB Kapušany, Kapušany 580, 082 12 kapušany

Platba: na faktúru po dodaní služby